



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok  
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33  
[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)



**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU NR ZP/PN – 1/12**

„Dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania antygenów HLA klasy I i klasy II”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.10.113.759 ze zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ dot. w/w wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis ze SIWZ dotyczącego dostaw, który brzmi:

„1. Terminy dostaw:

- a) pierwsza dostawa w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy,
- b) kolejne sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia nadania zamówienia faksem lub mail'em”.

**Pytanie nr 2**

*Czy produkt o nazwie polimeraza do testów HLA ma być „hot start” czy ma być wysokiego stopnia czystości i czy ma być pozbawiony DMSO?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Polimeraza do testów HLA ma być produktem wysokiego stopnia czystości i ma być pozbawiona DMSO.

**Pytanie/wyjaśnienie nr 3**

*Prosimy (...) o podanie pełnej specyfikacji technicznej, numeru referencyjnego dla części 4*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pełna specyfikacja techniczna dotycząca części 4 opisana jest w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zawarte tam zapisy dotyczące w/w części.

Białystok, 11.01.2012 r.

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon