



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok

tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dn. 29.03.2018 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora”, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-2/18, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 027-059823 w dn. 08.02.2018 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dot. pkt 1 tabeli „Wymagania minimalne Zamawiającego”

Czy Zamawiający dopuści karty do kontroli serologicznej przechowywane w temperaturze lodówkowej. Biorąc pod uwagę wyspecyfikowaną przez Zamawiającego ilość testów kontroli serologicznej 6000 będą to dwa opakowania kart miesięcznie (jedno opakowanie ma wymiary: 7 cm x 16,5 cm x 18,5 cm). Jeżeli tak to czy zamawiający wymaga również dostarczenia lodówki na wyżej wspomniane karty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza karty do kontroli serologicznej przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8°C oraz wymaga dostarczenia przez Wykonawcę lodówki o pojemności wystarczającej do przechowania ww. kart do wykonania min. 2 000 badań.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 3 udzielonej w dn. 27.02.2018 r.:

pkt 16. Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia

Jeżeli Zamawiający oczekuje dwukierunkowej transmisji danych, a nie jak to jest obecnie w RCKiK-ach jednokierunkowej transmisji wyników do systemu prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie tego rozwiązania, aby można było ustalić z nią szczegóły techniczne takiego rozwiązania. Rozumiemy też, że koszt przygotowania takiego interfejsu leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza jednokierunkową automatyczną transmisję danych zatwierdzonych (tj. transfer wyników), w przypadku wykorzystania istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy analizatorem a systemem informatycznym Zamawiającego, lub dwukierunkową transmisję danych za pośrednictwem modułu łączącego.
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w zakresie transmisji danych jest starszy specjalista ds. informatyki, mgr inż. Krzysztof Krystosiak, tel. 85 74-56-347.
3. Koszty przygotowania interfejsu i jego wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadził następujące zmiany w treści SIWZ:

1. w pkt 20 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) ppkt 20.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„20.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena - 50%
- 2) Parametry techniczne – 50%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w powyższych kryteriach.

- Ad. 1) Najwyższą liczbę punktów, tj. 50 pkt w kryterium „Cena” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa cena brutto zaproponowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 50\% \times 100$$

- Ad. 2) Najwyższą liczbę punktów (max 50 pkt) w kryterium „Parametry techniczne” otrzyma oferta oferująca wszystkie wskazane powyżej punktowane parametry techniczne podlegające ocenie punktowej (suma przyznanych punktów w poszczególnych pozycjach). Każda kolejna oferta uzyska odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) stanowiącą sumę przyznanych punktów w zakresie poszczególnych parametrów podlegających ocenie punktowej. Przyznawanie punktów w zakresie parametrów podlegających ocenie punktowej odbędzie się w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, wg następującej punktacji:

Lp.	Parametry techniczne podlegające ocenie wraz z punktacją
1.	Wydajność analizatora wynosi: 1) ≥ 30 oznaczeń grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przegładowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę i ≥ 90 badań przegładowych w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę – 5 pkt 2) < 30 oznaczeń grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przegładowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę i < 90 badań przegładowych w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę – 0 pkt
2.	1) Analizator umożliwia wykonywanie badań z wykorzystaniem „Krwinek wzorcowych do układu ABO” produkowanych przez Zamawiającego – 15 pkt 2) Analizator nie umożliwia wykonywania badań z wykorzystaniem „Krwinek wzorcowych do układu ABO” produkowanych przez Zamawiającego – 0 pkt
3.	1) Dostęp do pomocy technicznej (np. infolinii) zapewniony jest minimum pięć (5) dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach min. 8:00 – 18:00 – 5 pkt 2) Dostęp do pomocy technicznej (np. infolinii) nie jest zapewniony – 0 pkt
4.	1) Krwinki wzorcowe spulowane grupy O, do wykrywania przeciwciał odpornościowych z obecnym antygenem Cw – 5 pkt 2) Krwinki wzorcowe spulowane grupy O, do wykrywania przeciwciał odpornościowych bez antygeny Cw – 0 pkt
5.	1) Analizator jest przyjazny dla środowiska, nieprodukujący niebezpiecznych odpadów chemicznych zgodnie z obowiązującą ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519 t.j.) wersja od 26.01.2018 r. do 19.12.2018 r. – 5 pkt 2) Analizator jest nieprzyjazny dla środowiska, produkujący niebezpieczne odpady chemiczne zgodnie z obowiązującą ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519 t.j.) wersja 26.01.2018 r. do 19.12.2018 r. – 0 pkt

6.	1) Mikrokarty/mikropłytki przechowywane w temperaturze pokojowej – 15 pkt 2) Mikrokarty/mikropłytki przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8°C – 0 pkt
----	---

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanych parametrów jakościowych poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt.”

2. w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt 2.2 wiersz 1 w tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2 Odczynniki, materiały zużywalne i inny asortyment niezbędne do wykonania zamawianych rodzajów i liczby badań określonych w pkt 2.1:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego:
1.	Odczynniki do analizatora gotowe do użycia, mikropłytki lub mikrokarty, przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce w temperaturze 2-8°C. W przypadku konieczności przechowywania mikrokart/mikropłytek w urządzeniu chłodniczym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lodówkę o pojemności wystarczającej do przechowania ww. mikrokart/mikropłytek do wykonania min. 2 000 badań.

”

3. w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w pkt 2 ppkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.2 Oświadczamy, iż oferujemy analizator o wydajności:

- 1) ≥30 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę i ≥90 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę*
- 2) <30 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę i <90 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę*

* niepotrzebne skreślić”

4. w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w pkt 2 dodano ppkt 2.7 w następującym brzmieniu:

„2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.7 Oświadczamy, iż oferujemy:

- 1) mikrokarty/mikropłytki przechowywane w temperaturze pokojowej*
- 2) mikrokarty/mikropłytki przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8°C*

* niepotrzebne skreślić”

5. w Specyfikacji przedmiotowej oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 3 w tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
Odczynniki, materiały zużywalne i inny asortyment niezbędne do wykonania zamawianych rodzajów i liczby badań określonych w pkt 2:			
3.	Odczynniki do analizatora gotowe do użycia, mikropłytki lub mikrokarty, przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce w temperaturze 2-8°C. W przypadku konieczności przechowywania mikrokart/mikropłytek w urządzeniu chłodniczym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lodówkę o pojemności wystarczającej do przechowania ww. mikrokart/mikropłytek do wykonania min. 2 000 badań.	TAK / NIE *)	

*) - niepotrzebne skreślić”

6. we Wzorce umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Analizator stanowiący przedmiot umowy posiada wydajność ≥ 30 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę i ≥ 90 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę / < 30 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę i < 90 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę.”

7. we Wzorce umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. W ramach umowy gwarantujemy dostawę *mikrokart/mikropłytek przechowywanych w temperaturze pokojowej / *mikrokart/mikropłytek przechowywanych w lodówce w temperaturze $2-8^{\circ}\text{C}$.”

8. pkt 18 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) ppkt 18.1.2, ppkt 18.1.6 oraz ppkt 18.2.1 otrzymują następujące brzmienie:

„18.1.2 Termin składania ofert upływa dnia **16 kwietnia 2018 r. o godz. 12⁰⁰**.”

18.1.6 Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę winna być zaadresowana na Zamawiającego na adres:

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201*

oraz posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę odczynników i materiałów używanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora” – ZP/PN-2/18

a także: ***Nie otwierać przed dniem 16 kwietnia 2018 r. godzina 12¹⁵***.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie oferty) ponosi Wykonawca.

18.2.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 kwietnia 2018 r. o godz. 12¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).”

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W załączeniu:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach z dn. 29.03.2018 r.
- 2) Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach z dn. 29.03.2018 r.
- 3) Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ – po zmianach z dn. 29.03.2018 r.
- 4) Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ – po zmianach z dn. 29.03.2018 r.

ZATWIERDZAM

**Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku**

mgr Anna Lisowska