



**ZP/KC – 1/2026**

**WARUNKI PRZETARGOWE**

**na**

**„Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia  
hemoglobiny ludzkiej”**

Zatwierdził:

Dyrektor  
RCKiK w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

Białystok, dnia 17 czerwca 2026 r.

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,  
15-950 Białystok,  
tel.: (85) 74 47 002  
strona internetowa: [www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl)  
e-mail: [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)  
godziny urzędowania: od 7<sup>30</sup> do 15<sup>00</sup> od poniedziałku do piątku.

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, którego wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto na podstawie art. 70<sup>1</sup> oraz art. 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w RCKiK w Białymstoku.
2. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w postaci papierowej.
3. Postępowanie, którego dotyczą niniejsze Warunki przetargowe, oznaczone jest znakiem ZP/KC-1/2026. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatorów wraz z wyposażeniem oraz dostawa testów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej, roztworów krwi kontrolnej i czyścików dedykowanych do oferowanych analizatorów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Warunków przetargowych. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do Warunków przetargowych.
3. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
33141625-7 – zestawy diagnostyczne  
33124100-6 – urządzenia diagnostyczne.
4. Podwykonawcy.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia do realizacji przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcy, za wyjątkiem wykonania czynności dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, która może być zlecona innym podmiotom (np. firma kurierska, operator pocztowy).

## **IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Przedmiot zamówienia nie może być dzielony przez Wykonawcę. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## **V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie analizatorów wraz z wyposażeniem, ich instalacja, prawidłowe uruchomienie wraz z podłączeniem urządzeń do systemu informatycznego e-Krew (CeZ), zapewnienie prawidłowej transmisji danych oraz przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi analizatorów i interpretacji uzyskiwanych wyników zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie testów, roztworów i czyścików realizowane będą sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego transportem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem.
4. Miejscem dostawy:
  - 1) testów, roztworów i czyścików jest magazyn w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,
  - 2) analizatorów jest siedziba Zamawiającego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23.

## VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w Warunkach przetargowych.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

## VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r., poz. 514 t.j.), tj. Wykonawcę:
  - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r., poz. 644 t.j.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  - 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

## VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
    - 1) Formularz oferty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Warunków przetargowych.
    - 2) W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą:
      - a) Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Warunków przetargowych;
      - b) Certyfikatu EC (*jeżeli dotyczy*);
      - c) Deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami (*jeżeli dotyczy*):
        - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 211) albo
        - dyrektywy 93/42/EWG albo
        - rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych albo
        - rozporządzenia (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych in vitro;Deklaracja zgodności powinna potwierdzać, że produkt jest zgodny z określoną normą zharmonizowaną.
- Uwaga!*  
*Przedmiotowe dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b) i c) muszą być opisane w zakresie numeru pozycji, której dotyczą.*
- 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Warunków przetargowych.
  - 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy

- w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
- 5) Potwierdzenie umocowania osoby działającej w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
    - a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z których wynika, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał np. w treści Formularza oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
    - b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a).
  4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę powinny być przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z Warunkami przetargowymi.
  5. Oferta powinna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
  6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2024 r., poz. 1556 ze zm.).
  7. Formularz oferty oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wymaga formy szczególnej, określonej w ust. 10).
  8. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
  9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  11. Zaleca się, aby każda, zawierająca jakkolwiek treść strona oferty, była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności.
  12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Dokumenty zastrzeżone.
  - 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdz. XIII ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych. Zastrzeżone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów – w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
  - 2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów).
  - 3) Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Wykonawcę działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.
  - 4) Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień lub składając/ uzupełniając dokumenty powinien również dokumenty/informacje oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, np. w osobnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oraz nie później niż w terminie składania tych informacji wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców, dołączone do oferty oraz powinno zawierać w szczególności wskazanie:
  - 1) nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
  - 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
  - 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
  - 1) dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 2) - Wykonawcy składają wspólnie,
  - 2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 3) - składa każdy z Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

## X. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

1. Wyjaśnienia treści Warunków przetargowych.
  - 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zaleca się przesłanie zapytań również w wersji edytowalnej.
  - 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  - 3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 1), po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych bez rozpoznania.
  - 4) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej [www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl), w zakładce Zamówienia publiczne.
  - 5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
2. Zmiana treści Warunków przetargowych.
  - 1) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Warunków przetargowych.
  - 2) Dokonaną w ten sposób zmianę treści Warunków przetargowych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zostały one udostępnione – [www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl), w zakładce Zamówienia publiczne i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.

## XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
  - 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl), z zastrzeżeniem pkt 2) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  - 2) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, także składanych w toku postępowania.
  - 3) W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną Wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania na adres e-mail: [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl).
  - 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 3), Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pism w dniu i godzinie ich nadania oraz że były czytelne.
2. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42.

## XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert.
  - 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, pokój nr 320 (Sekretariat). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej. Nie dopuszcza się przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  - 2) Termin składania ofert upływa dnia **26 czerwca 2026 r. o godz. 11<sup>00</sup>**.
  - 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie oraz wycofane, zgodnie z pkt 7), zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
  - 4) Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- 5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:  
**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku**  
**ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, pokój nr 320**  
oraz posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:  
Oferta na: „**Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej**” ZP/KC-1/2026 a także: **Nie otwierać przed dniem 26 czerwca 2026 r. godz. 11<sup>15</sup>.**  
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Wykonawca.
- 7) Zmiana lub wycofanie oferty:
  - a) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę;
  - b) zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostało dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert;
  - c) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dodatkową adnotacją „ZMIANA”;
  - d) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą Wykonawcy, z dodatkową adnotacją „WYCOFANE”.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 czerwca 2026 r. o godz. 11<sup>15</sup>**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 304 (Sala Konferencyjna).
  - 2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
  - 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  - 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy oraz informacje dotyczące ceny.
  - 5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 3) i 4).

### **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą do dnia 25 lipca 2026 r., tj. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### **XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1. Cenę oferty, stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Warunkach przetargowych.
2. Wykonawca przedstawi w ofercie łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

(Dz.U. z 2023 r., poz. 168 t.j.), tzn. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

3. Cena ta będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i opusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. wartość przedmiotu zamówienia, jego dostawy do siedziby Zamawiającego, a także inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia, itp.).
4. W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych, Wykonawca musi podać:
  - 1) cenę oferty brutto za zaoferowany przedmiot zamówienia liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług, cenę oferty netto za zaoferowany przedmiot zamówienia liczbowo,  
*w tabeli lit. a):*
  - 2) cenę netto za 1 szt. analizatora,
  - 3) % stawkę podatku od towarów i usług,
  - 4) wartość brutto obliczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez zamówioną ilość urządzeń, powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług,  
*w tabeli lit. b):*
  - 5) cenę netto za op./szt. zaoferowanego przedmiotu zamówienia,
  - 6) % stawkę podatku od towarów i usług,
  - 7) wartość brutto poszczególnych pozycji obliczoną poprzez przemnożenie ceny netto, o której mowa w pkt 5) przez zaoferowaną ilość op./szt., odpowiadającą odpowiednio zamawianej ilości oznaczeń/ zamawianej ilości przedmiotu zamówienia, oraz powiększoną o podatek od towarów i usług,
  - 8) cenę łączną brutto, którą stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji.
5. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Tak wyznaczona cena (wartość) oferty brutto będzie podlegała ocenie.
7. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia – kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów.
8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
9. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.

## XV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
  - 1) **Cena – 60%**
  - 2) **Termin ważności testów – 10%**
  - 3) **Termin ważności roztworu krwi kontrolnej – 10%**
  - 4) **Precyzja powtarzalności – 10%**
  - 5) **Okres gwarancji analizatorów wraz z wyposażeniem – 10%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w powyższych kryteriach.

- Ad. 1) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa zaoferowana w ofercie cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 60\% \times 100$$

Zamawiający oceni kryterium „Cena” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

- Ad. 2) W kryterium „Termin ważności testów” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:

- a) 10 pkt – oferta oferująca termin ważności zamkniętych testów 12 miesięcy,
- b) 5 pkt – oferta oferująca termin ważności zamkniętych testów 9 miesięcy,
- c) 0 pkt – oferta oferująca termin ważności zamkniętych testów 6 miesięcy.

Termin ważności zamkniętych testów liczony jest od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu ważności zamkniętych testów poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – minimalny wymagany w Warunkach przetargowych termin ważności zamkniętych testów wynoszący 6 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin ważności zamkniętych testów krótszy niż 6 miesięcy, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin ważności zamkniętych testów dłuższy niż 12 miesięcy, na potrzeby oceny oferty Zamawiający przyjmie termin ważności zamkniętych testów 12 miesięcy, natomiast w umowie zostanie przyjęty faktycznie oferowany termin ważności zamkniętych testów.

Zamawiający oceni kryterium „Termin ważności testów” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

- Ad. 3) W kryterium „Termin ważności roztworu krwi kontrolnej” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:

- a) 10 pkt – oferta oferująca termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej 12 miesięcy,
- b) 5 pkt – oferta oferująca termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej 9 miesięcy,
- c) 0 pkt – oferta oferująca termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej 6 miesięcy.

Termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej liczony jest od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – minimalny wymagany w Warunkach przetargowych termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej wynoszący 6 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej krótszy niż 6 miesięcy, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej dłuższy niż 12 miesięcy, na potrzeby oceny oferty Zamawiający przyjmie termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej 12 miesięcy, natomiast w umowie zostanie przyjęty faktycznie oferowany termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej.

Zamawiający oceni kryterium „Termin ważności roztworu krwi kontrolnej” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

- Ad. 4) W kryterium „Precyzja powtarzalności” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
- a) 10 pkt – oferta oferująca błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie poniżej 1%,
  - b) 0 pkt – oferta oferująca błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie 1% i wyżej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże poziomu precyzji powtarzalności poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie 1% i wyżej.

Zamawiający oceni kryterium „Precyzja powtarzalności” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

- Ad. 5) W kryterium „Okres gwarancji analizatorów wraz z wyposażeniem” oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
- a) 10 pkt – oferta oferująca okres gwarancji 48 miesięcy,
  - b) 5 pkt – oferta oferująca okres gwarancji 36 miesięcy,
  - c) 0 pkt – oferta oferująca okres gwarancji 24 miesiące.

Okres gwarancji na dostarczone analizatory wraz z wyposażeniem liczony jest od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (analizatorów).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – minimalny wymagany w Warunkach przetargowych okres gwarancji – 24 miesiące.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, na potrzeby oceny oferty Zamawiający przyjmie okres gwarancji 48 miesięcy, natomiast w umowie zostanie przyjęty faktycznie oferowany okres gwarancji.

Zamawiający oceni kryterium „Okres gwarancji analizatorów wraz z wyposażeniem” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych.

2. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbą punktów przyznanych w ramach ww. kryteriów oceny ofert.
  - 1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
  - 2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
  - 3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 1 i w pkt 2), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Wyjaśnienie/uzupełnienie/poprawa omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek w toku badania i oceny ofert.
  - 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i/lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych

przez Zamawiającego, dokumentów określających zasady reprezentacji, pełnomocnictw, innych dokumentów składających się na ofertę.

- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów.
- 3) W toku badania ofert, Zamawiający poprawia w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **XVI. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

1. Udzielenie zamówienia.
  - 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymogi określone w Warunkach przetargowych oraz uzyska najwyższą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych) w kryteriach określonych w rozdz. XV.
  - 2) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, jak też zamieści ww. informacje na własnej stronie internetowej.
2. Odrzucenie ofert, wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
  - 1) Oferty niespełniające wymogów warunków przetargowych zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
    - a) jest niezgodna z warunkami przetargu,
    - b) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
    - c) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
    - d) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych lub błędów rachunkowych,
    - e) zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, których poprawienie spowoduje istotne zmiany w treści oferty,
    - f) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  - 2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty. Treść Projektowanych postanowień umowy stanowi Załącznik nr 5 do Warunków przetargowych.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do:
  - 1) dostarczenia Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem”, w przypadku Wykonawcy składającego ofertę wspólną - umowy konsorcjum (*jeżeli dotyczy*);
  - 2) przedłożenia danych do umowy, w tym w szczególności: nr konta bankowego, wskazania osoby upoważnionej do podpisania umowy, nazwy i adresu autoryzowanego serwisu świadczącego naprawy gwarancyjne analizatora/-ów oraz jego nr telefonu i adresu e-mail, itp.;
  - 3) w przypadku Wykonawcy zagranicznego, przedłożenia oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2025 r., poz. 278 ze zm./) – dotyczy podatku u źródła. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej pobrany zostanie podatek w wysokości 20%, bez uwzględnienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (*jeżeli dotyczy*).
5. Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1), niepodpisanie umowy i/lub niezwrócenie podpisanej umowy przez Wykonawcę na trzykrotne wezwanie Zamawiającego do dostarczenia dokumentu, podpisania umowy i/lub zwrócenia podpisanej umowy w terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego spowoduje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, zobowiązane są przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, itp.). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

#### **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) zakończenia przetargu na każdym jego etapie,
  - 2) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
    - a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
    - b) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
    - c) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Wykonawcy mają prawo wglądu do dokumentów postępowania, w tym ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - 1) Dokumenty postępowania są jawne i udostępniane na wniosek.
  - 2) Dokumenty postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się niezwłocznie po ich otwarciu.
3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu (art. 13 i 14 RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1/, dalej „RODO” informuję, że:

  - 1) administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok;
  - 2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – adres e-mail: [iod@rckik.bialystok.pl](mailto:iod@rckik.bialystok.pl), tel. (85) 745 63 23;
  - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia realizowanym w trybie przetargu na podstawie przepisów art. 70<sup>1</sup> oraz art. 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego;
  - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów;
  - 5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem udzielenia zamówienia przez Zamawiającego;

- 7) decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) Wykonawca posiada:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) Wykonawcy nie przysługuje:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
5. Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy

**Załącznik nr 1  
do Warunków przetargowych**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**na: Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech (4) analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem, ich instalacja, prawidłowe uruchomienie z podłączeniem urządzeń do systemu informatycznego e-Krew (CeZ), zapewnienie prawidłowej transmisji danych i przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników, zakończonego wydaniem certyfikatów oraz dostawa testów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej niezbędnych do wykonania 35 500 oznaczeń, roztworów krwi kontrolnej w ilości po 6 szt. dla każdego z poziomów i czyścików w ilości 80 szt. dedykowanych do oferowanych analizatorów.
2. Pod pojęciem „test” należy rozumieć mikrokuwetę, pasek testowy lub inny jednorazowy element niezbędny do wykonania pomiaru stężenia hemoglobiny przy zastosowaniu zaofertowanych przez Wykonawcę analizatorów.
3. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące:
  - 1) analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem:

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1.	Zaoferowany analizator musi zapewnić transfer danych (numer donacji zgodny ze standardem ISBT128, data badania, wynik odczytu w g/L lub g/dL, identyfikator operatora, identyfikator analizatora) do systemu informatycznego e-Krew (Cez).
2.	Masa analizatora nie wyższa niż 1 kg (bez akumulatora/akumulatorów lub baterii). W przypadku, gdy czytnik jest wbudowany w analizator, wówczas jego masę należy rozumieć jako masę wraz z czytnikiem. Jeżeli natomiast czytnik nie stanowi integralnej części analizatora, wówczas masę analizatora należy podać z pominięciem masy czytnika.
3.	Analizator przenośny.
4.	Zasilanie analizatora: bateryjne lub akumulatorowe oraz zasilanie sieciowe za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r. kompletne i przygotowane do eksploatacji.
6.	Zamawiana ilość: 4 sztuki.
7.	Okres gwarancji analizatorów wraz z wyposażeniem – min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru.

- 2) testów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej:

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1.	Wymagany zakres pomiarowy dla testów min. 0-200 g/L.
2.	Poprawność pomiarów (dokładność) $\pm 5$ g/L przy zakresie pomiarów 0-200 g/L.
3.	Ilość testów w 1 opakowaniu – 25-200 szt.
4.	Termin ważności zamkniętych testów – min. 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
5.	Termin ważności testów po otwarciu – min. 30 dni od otwarcia.
6.	Dokonywanie pomiaru i odczytu stężenia hemoglobiny ludzkiej przy użyciu zaofertowanych testów na zaofertowanych analizatorach.
7.	Zamawiana ilość oznaczeń: 35 500.

- 3) roztworów krwi kontrolnej:

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1.	Roztwór krwi kontrolnej – poziom niski, wymagane stężenie hemoglobiny $80 \pm 10$ g/L.
2.	Roztwór krwi kontrolnej – poziom normalny, wymagane stężenie hemoglobiny $120 \pm 10$ g/L.
3.	Roztwór krwi kontrolnej – poziom wysoki, wymagane stężenie hemoglobiny $160 \pm 10$ g/L.

4.	Wielkość 1 butelki – min. 1 ml.
5.	Termin ważności zamkniętych roztworów – min. 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
6.	Termin ważności roztworów krwi kontrolnej po otwarciu – min. 30 dni od otwarcia.
7.	Dokonywanie pomiaru i odczytu stężenia hemoglobiny ludzkiej przy użyciu zaoferowanych roztworów na zaoferowanych analizatorach.
8.	Zamawiana ilość: po 6 szt. butelek dla każdego z poziomów.

## 4) \*czyścików (szpatulek czyszczących):

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1.	Czyścik (szpatułka czyszcząca) dedykowany do układu optycznego zaoferowanych analizatorów
2.	Czyścik (szpatułka czyszcząca) nasączony roztworem środka czyszczącego.
3.	Wielkość opakowania – max 5 szt.
4.	Termin ważności czyścika (szpatułka czyszczącej) – min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
5.	Zamawiana ilość: 80 sztuk.

*\* jeżeli są wymagane przez producenta zaoferowanych analizatorów*

**Załącznik nr 2  
do Warunków przetargowych**

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23  
15-950 Białystok**

**FORMULARZ OFERTY**

**Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej \***

Nazwa: .....

Adres: ul. ....

Kod: ..... miasto: ..... województwo: .....

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) .....

.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: .....

Osoba upoważniona do kontaktów ....., tel. ....

NIP: ....., REGON: .....

\* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 70<sup>1</sup> oraz art. 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.) na **„Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej” – znak postępowania: ZP/KC – 1/2026.**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych:

**1) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Cena” oferujemy realizację zamówienia w cenie łącznej /równej sumie wartości brutto z tabeli lit. a) i cenie łącznej z tabeli lit. b)/:**

**brutto: ..... zł**

**słownie: ..... złotych**

**w tym VAT: ..... %**

**cena (wartość) netto: ..... zł**

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

*Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.*

w tym:

**a) dostawa analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem:**

Przedmiot zamówienia	Ilość (w szt.)	Cena netto za 1 szt. urządzenia (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
1	2	3	4	5=(2x3) + kwota podatku VAT
Nazwa urządzenia: ..... Producent: .....	4			

**b) dostawa testów, roztworów krwi kontrolnej oraz czyścików do analizatorów zaoferowanych w lit. a):**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość opakowań/sztuk	Cena netto za opakowanie/sztukę (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Testy do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej. Zamawiana ilość oznaczeń: 35 500. Opakowanie – 25-200 szt. op. = ..... szt. <sup>1)</sup>	..... op. <sup>2)</sup>			
2.	Roztwory krwi kontrolnej o stężeniach hemoglobiny 80±10 g/L, poziom niski. Butelka – min. 1 ml butelka = ..... ml <sup>1)</sup>	6 szt.			
3.	Roztwory krwi kontrolnej o stężeniach hemoglobiny 120±10 g/L, poziom normalny. Butelka – min. 1 ml butelka = ..... ml <sup>1)</sup>	6 szt.			
4.	Roztwory krwi kontrolnej o stężeniach hemoglobiny 160±10 g/L, poziom wysoki. Butelka – min. 1 ml butelka = ..... ml <sup>1)</sup>	6 szt.			
*)5, 3)	Czyściki (szpatułki czyszczące) do układu optycznego zaoferowanych analizatorów. Opakowanie – max 5 szt. Zamawiana ilość: 80 szt. op. = ..... szt. <sup>1)</sup>	..... op. <sup>2)</sup>			
<b>Cena łączna (suma pozycji 1-5):</b>					

<sup>1)</sup> należy podać odpowiednio zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu/ ilość ml w butelce<sup>2)</sup> należy podać ilość opakowań odpowiadającą odpowiednio zamawianej ilości oznaczeń/zamawianej ilości w sztukach<sup>3)</sup> Wykonawca oferuje, o ile czyściki wymagane są przez producenta zaoferowanego analizatora

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę

**2) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Termin ważności testów” zobowiązujemy się dostarczać testy z terminem ważności:**a) 12 miesięcy<sup>\*)</sup>b) 9 miesięcy<sup>\*)</sup>c) 6 miesięcy<sup>\*)</sup>

od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- 3) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Termin ważności roztworu krwi kontrolnej” zobowiązujemy się dostarczać roztwory krwi kontrolnej z terminem ważności:
- 12 miesięcy<sup>\*)</sup>
  - 9 miesięcy<sup>\*)</sup>
  - 6 miesięcy<sup>\*)</sup>
- od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
- 4) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Precyzja powtarzalności” oferujemy :
- błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie poniżej 1%<sup>\*)</sup>
  - błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie 1% i wyżej<sup>\*)</sup>.
- 5) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Okres gwarancji analizatorów wraz z wyposażeniem” zobowiązujemy się udzielić gwarancji na oferowany przez nas przedmiot zamówienia na okres:
- 48 miesięcy<sup>\*)</sup>
  - 36 miesięcy<sup>\*)</sup>
  - 24 miesięcy<sup>\*)</sup>
- od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (analizatorów).

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

3. Oświadczamy, iż:

- 3.1 ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;
- 3.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;
- 3.3 akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone w Projektowanych postanowienia umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do Warunków przetargowych.

4. Oświadczamy, że wybór oferty będzie<sup>\*)</sup>/nie będzie<sup>\*)</sup> prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w poniższej tabeli należy wskazać:

- 4.1 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- 4.2 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4.3 stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

-	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi	Wartość towaru/usługi (bez podatku)	Stawka podatku od towarów i usług
1.			
2.			

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany jest przez Zamawiającego, iż wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej<sup>\*)</sup>.

<sup>\*)</sup> dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w rozdz. XVI ust. 4 pkt 3) Warunków przetargowych

6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.
7. Oświadczamy, iż zawarte w Warunkach przetargowych Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 5) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>\*)</sup>.  
*\*) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć, np. poprzez jego wykreślenie).*
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
10. Ofertę niniejszą składamy na ... zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr .... do nr ....).
11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 11.1 .....
  - 11.2 .....

.....  
/miejscość i data/

.....  
/podpis/

<sup>1)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2)</sup> Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

**Załącznik nr 3**  
**do Warunków przetargowych**

**Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia**  
**na „Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia**  
**hemoglobiny ludzkiej” ZP/KC-1/2026**

## 1. Analizatory do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu
1.	Dostawa czterech (4) analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem, ich instalacja, prawidłowe uruchomienie wraz z podłączeniem urządzeń do systemu informatycznego e-Krew (CeZ), zapewnienie prawidłowej transmisji danych i przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników, zakończonego wydaniem certyfikatów.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	Nazwa: ..... Typ/model: ..... Producent: .....
2.	Zaoferowany analizator musi zapewnić transfer danych (numer donacji zgodny ze standardem ISBT128, data badania, wynik odczytu w g/L lub g/dL, identyfikator operatora, identyfikator analizatora) do systemu informatycznego e-Krew (Cez).	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	
3.	Masa analizatora nie wyższa niż 1 kg (bez akumulatora /akumulatorów lub baterii). W przypadku, gdy czytnik jest wbudowany w analizator, wówczas jego masę należy rozumieć jako masę wraz z czytnikiem. Jeżeli natomiast czytnik nie stanowi integralnej części analizatora, wówczas masę analizatora należy podać z pominięciem masy czytnika.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	-----
4.	Analizator przenośny.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	-----
5.	Zasilanie analizatora: bateryjne lub akumulatorowe oraz zasilanie sieciowe za pośrednictwem zasilacza sieciowego.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	-----
6.	Urządzenie fabrycznie nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku, kompletne i przygotowane do eksploatacji.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	Rok produkcji: .....

## 2. Testy do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu
1.	Dostawa testów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej, dedykowanych do zaoferowanych analizatorów. Pod pojęciem „test” należy rozumieć mikrokuwetę, pasek testowy lub inny jednorazowy element niezbędny do wykonania pomiaru stężenia hemoglobiny przy zastosowaniu zaoferowanych przez Wykonawcę analizatorów.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	Nr katalogowy: ..... Producent: .....
2.	Dokonywanie pomiaru i odczytu stężenia hemoglobiny ludzkiej przy użyciu zaoferowanych testów na zaoferowanych analizatorach.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	-----
3.	Wymagany zakres pomiarowy dla testów min. 0-200 g/L.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	-----
4.	Poprawność pomiarów (dokładność) $\pm 5$ g/L przy zakresie pomiarów 0-200 g/L.	TAK <sup>*)</sup> / NIE <sup>*)</sup>	-----

## 3. Roztwory krwi kontrolnej:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu
1.	Dostawa roztworów krwi kontrolnej dedykowanych do zaferowanych analizatorów.	TAK*) / NIE *)	-----
2.	Dokonywanie pomiaru i odczytu stężenia hemoglobiny ludzkiej przy użyciu zaferowanych roztworów na zaferowanych przez Wykonawcę analizatorach.	TAK*) / NIE *)	-----
3.	Roztwór krwi kontrolnej – poziom niski, wymagane stężenie hemoglobiny 80±10 g/L.	TAK*) / NIE *)	Nr katalogowy: ..... Producent: .....
4.	Roztwór krwi kontrolnej – poziom normalny, wymagane stężenie hemoglobiny 120±10 g/L.	TAK*) / NIE *)	Nr katalogowy: ..... Producent: .....
5.	Roztwór krwi kontrolnej – poziom wysoki, wymagane stężenie hemoglobiny 160±10 g/L.	TAK*) / NIE *)	Nr katalogowy: ..... Producent: .....

4. \*Czyściki (szpatułki czyszczące):<sup>1)</sup>

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu
1.	Dostawa czyścika (szpatułki czyszczącej) do układu optycznego dedykowanego do zaferowanych przez Wykonawcę analizatorów.	TAK*) / NIE *)	Nr katalogowy: ..... Producent: .....
2.	Czyścik (szpatułka czyszcząca) nasączony roztworem środka czyszczącego dedykowany do zaferowanych analizatorów	TAK*) / NIE *)	-----
3.	Termin ważności czyścika (szpatułki czyszczącej) – min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.	TAK*) / NIE *)	Termin ważności czyścika: ..... miesięcy.

<sup>1)</sup> Wykonawca oferuje, o ile czyściki wymagane są przez producenta zaferowanych analizatorów

.....  
/miejsowość i data/

.....  
/podpis/

\*) niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 4  
do Warunków przetargowych  
(wzór)**

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23  
15-950 Białystok**

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Ja/My niżej podpisany/-ni:

.....  
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy/  
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....  
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej**”, znak postępowania: **ZP/KC-1/2026** oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
/miejscość i data/

.....  
/podpis/

**Załącznik nr 5  
do Warunków przetargowych**

*Projektowane postanowienia umowy*

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej**”, realizowanego w trybie art. 70<sup>1</sup> oraz art. 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.), znak postępowania ZP/KC-1/2026.

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatorów wraz z wyposażeniem oraz dostawa testów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej, roztworów krwi kontrolnej i \*czyścików dedykowanych do zaferowanych analizatorów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do umowy.

\* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu oferty

§ 2.

1. Dostawa urządzeń, tj. analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem w ilości 4 szt., ich instalacja, prawidłowe uruchomienie wraz z podłączeniem urządzeń do systemu informatycznego e-Krew (CeZ), zapewnienie prawidłowej transmisji danych oraz przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi analizatorów i interpretacji uzyskiwanych wyników, zakończonego wydaniem certyfikatów, zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Miejscem dostawy analizatorów jest siedziba RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok.
3. Wykonawca poinformuje telefonicznie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy urządzeń.
4. Wykonawca wykona czynności określone w ust. 1 w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>00</sup>.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie określonym w ust. 1, karty gwarancyjnej (dla każdego z urządzeń), paszportu technicznego (dla każdego z urządzeń), pełnej instrukcji obsługi (w języku polskim), dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, itp.
6. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego transportem.
7. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny przedmiotu umowy u Zamawiającego.
8. Zamawiający dokona odbioru urządzeń w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.
9. Za termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostawy urządzeń, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest wykonanie wszystkich czynności wyszczególnionych w ust. 1.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru urządzenia w sytuacji, gdy będzie ono niekompletne, niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i złożoną ofertą lub będzie posiadało wady.
11. W przypadku, gdy wady uniemożliwiają normalne użytkowanie analizatora, fakt ten zapisuje się w protokole odbioru, a Zamawiający odmawia dokonania jego odbioru oraz wyznacza dodatkowy termin na wykonanie.
12. Do czasu protokolarnego odbioru analizatorów przez Zamawiającego, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy w zakresie testów, roztworów i \*czyścików zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia na adres e-mail: .....
3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok.
4. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego transportem.
5. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie opakowań, tj. z podaniem numeru serii, terminu ważności, warunków przechowywania, oznakowanie znakiem CE, itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą dostawą towaru dokumentu PZ i/lub listu przewozowego ze specyfikacją dostawy i/lub faktury.
7. Dostawy zostaną sprawdzone pod względem zgodności z umową u Zamawiającego z chwilą jej otrzymania.

\* jeżeli dotyczy

#### § 4.

Wykonawca w ramach umowy zapewnia:

- 1) ...\* miesięczny termin ważności zamkniętych testów licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego,
- 2) ...\* miesięczny termin ważności zamkniętego roztworu krwi kontrolnej licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego,
- 3) błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie: .....\*.

\* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu oferty

#### § 5.

1. Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj. \*Certyfikat EC oraz \*Deklaracja zgodności muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, dokument przedłużający jego ważność do końca okresu trwania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:
  - 1) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, instrukcji przechowywania testów i roztworów oraz specyfikacji technicznej (w języku polskim) określające błąd precyzji w warunkach powtarzalności – przy pierwszej dostawie,
  - 2) certyfikat serii – do każdej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy do czasu dostarczenia certyfikatu serii.
3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny przedmiotu umowy u Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i wady jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.
6. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi Wykonawca.
7. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym, jakościowym lub asortymentowym, w stosunku do złożonego zamówienia (warunków umowy/treści oferty).
9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości lub ilości zakupionego towaru, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Zamawiający zgłasza pisemną reklamację na adres e-mail: .....
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakujący towar w terminie 7 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpatrzenie reklamacji jakościowych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty nadania zgłoszenia o wadzie przedmiotu umowy. Nierozpatrzenie reklamacji w ww. terminie oznacza jej uznanie.
12. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji jakościowych zobowiązany jest spełnić żądania Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym oraz w dniu uznania reklamacji zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, a także

- poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail: ksiegowosc@rckik.bialystok.pl oraz sekretariat@rckik.bialystok.pl.
13. Wszelkie koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca.
  14. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd.
  15. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
  16. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczany przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, oraz że zaoferowane testy, roztwory i \*\*czyściki są dedykowane i kompatybilne z zaoferowanymi przez Wykonawcę analizatorami. W przypadku braku możliwości pracy na dostarczonym przedmiocie umowy, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt w terminie 7 dni roboczych odpowiednie wyroby i/lub urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego.
  17. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny od wad.
  18. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania, na rzecz Zamawiającego, zapasów przedmiotu umowy (tj. testów, roztworów krwi kontrolnej i \*\*czyścików) w wysokości 5% ogólnej ilości określonej pierwotnie w niniejszej umowie i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia nadania e-mailem pisemnego zapotrzebowania przez Zamawiającego.

\* jeżeli dotyczy

\*\* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu oferty

#### § 6.

1. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy w zakresie analizatorów jest bardzo dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny od wad. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca udziela \*..... – miesięcznej gwarancji na dostarczone analizatory wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, która biegnie od daty podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru.
3. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego analizatora/-ów wraz z wyposażeniem, które uległy uszkodzeniu (z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych) i/lub zużyciu, przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w ilości zapewniającej utrzymanie gwarancji oraz bieżącej konserwacji urządzeń.
5. W przypadku wymiany elementów, podzespołów, zespołów lub analizatora/-ów i/lub wyposażenia i/lub instalacji nowszej wersji lub zmiany oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej walidacji wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych materiałów.
6. W przypadku awarii analizatora/-ów i/lub wyposażenia i/lub oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest usunąć ją w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty nadania pisemnego zgłoszenia e-mailem.
7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii dostarczonego urządzenia/-ń, w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca dostarczy, uruchomi w terminie nieprzekraczającym 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, urządzenie/-a zastępcze o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 do umowy oraz usunie awarię w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty uruchomienia urządzenia/-ń zastępczego/-ych.
8. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 7 lub w przypadku trzykrotnej (3) naprawy gwarancyjnej lub zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania analizatora/-ów i/lub wyposażenia tego samego elementu, podzespołu lub zespołu dostarczonego urządzenia/-ń w okresie kolejnych sześciu (6) miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe o co najmniej takich samych parametrach, funkcjach użytkowych, estetyce oraz gabarytach, w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty odpowiednio upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii / zgłoszenia przez Zamawiającego czwartej (4) naprawy.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia testów/roztworów krwi kontrolnej/\*czyścików w ilości równej ilości utraconych ww. wyrobów na skutek awarii

analizatora/-ów, niewynikającej z winy Zamawiającego, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty nadania pisemnego zgłoszenia e-mailem.

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych dostarczonych analizatorów oraz kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej dostarczonych urządzeń, w terminach wyznaczonych przez producenta lub jeśli nie są określone – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego na piśmie (jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy), a także walidacji instalacyjnej przy pierwszej dostawie, w tym mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy analizatorami a systemem informatycznym działającym u Zamawiającego. We wszystkich ww. przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania ww. prac. Wykonawca w ramach powyższego zobowiązany jest do:
  - 1) przeprowadzenia przeglądu technicznego i wystawienia protokołu potwierdzającego jego wykonanie;
  - 2) dołączenia do protokołów przeglądu technicznego kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy);
  - 3) przeprowadzenia walidacji i wystawienia protokołu potwierdzającego jej wykonanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2022 r., poz. 1273 t.j.);
  - 4) przedłożenia, celem akceptacji przez Zamawiającego, planu poszczególnych etapów walidacji (kwalifikacja projektowa DQ, kwalifikacja instalacyjna IQ, kwalifikacja operacyjna OQ, kwalifikacja procesowa PQ/PV) oraz protokołów walidacji (nowe urządzenia);
  - 5) potwierdzenia wykonania każdego etapu protokołem w języku polskim; dopuszczalne jest przedstawienie wyników badań pochodzących z aparatów w języku właściwym dla danego aparatu, ale ze stosownym opisem w języku polskim;
  - 6) podania warunków akceptacji wyników oraz opisanie czy uzyskane wyniki odpowiadają tym warunkom;
  - 7) dołączenia do protokołów walidacji kserokopii walidacji lub wzorcowania zastosowanej zewnętrznej aparatury pomiarowej wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy).
11. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia materiałowych kosztów kwalifikacji i walidacji na dostarczonych urządzeniach oraz zapewnienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów technicznych, kwalifikacji i walidacji.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji aktualizacji oprogramowania u Zamawiającego, niezwłocznie po każdej publikacji aktualizacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na piśmie.
13. Wykonawca oświadcza, że naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis gwarancyjny, tj. .... (nazwa i adres), na warunkach określonych w umowie.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonych urządzeń wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem 24 godz./dobę w języku polskim telefonicznie pod numerem tel. ...., kom. .... oraz pod adresem e-mail: .....
15. Celem wykonania naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca uzyska niczym nieograniczony dostęp do urządzeń, w godzinach pracy Zamawiającego.
16. Wszelkie czynności w ramach gwarancji są realizowane przez Wykonawcę w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
17. Wykonawca ma obowiązek uregulowania wszelkich formalności celnych związanych z dostawą urządzeń, a w okresie gwarancji również ich wymiany lub wymiany ich podzespołów na nowe, wysyłki do naprawy gwarancyjnej i odbioru, lub importu części zamiennych we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

\* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu oferty

#### § 7.

1. Rozliczanie dostarczonych testów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w stosunku do ilości wykonanych oznaczeń następować będzie raz na 6 miesięcy.
2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu „Formularz do rozliczeń” w formacie edytowalnym.
3. Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę, na wnioskowaną przez Zamawiającego liczbę oznaczeń, ilość lub jakość testów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy okaże się niewystarczająca, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia (na swój koszt) brakującej ilości

testów, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (e-mailem) ich braku przez Zamawiającego.

§ 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (wraz z ....% podatkiem VAT) w wysokości: ..... zł (słownie: ..... zł), netto: ..... zł.  
Szczegółowa specyfikacja cenowa zawarta jest w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania mniejszej ilości oznaczeń stanowiących przedmiot umowy (w związku z tym do zamówienia mniejszej ilości testów, roztworów krwi kontrolnej i \*czyścików) w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20%. Zmniejszenie ilości zakupu testów, roztworów krwi kontrolnej i \*czyścików nie powoduje powstania obowiązku zapłaty Wykonawcy odszkodowania z tego tytułu.
6. Płatność wynagrodzenia z tytułu dostawy przedmiotu umowy w zakresie analizatorów nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w § 2 ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy nr ..... . Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
7. Płatność wynagrodzenia z tytułu dostawy przedmiotu umowy w zakresie testów, roztworów krwi kontrolnej i \*czyścików następować będzie po ich dostarczeniu do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6.
8. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 6 rachunek bankowy znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/. W przypadku, gdy wskazany w ust. 6 rachunek bankowy nie widnieje w wykazie, o którym mowa powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego (lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy) do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. W takiej sytuacji termin płatności liczony będzie od dnia następnego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym wykazie.
9. W przypadku zmiany:
  - 1) statusu Wykonawcy z „podatnik VAT czynny” na inny,
  - 2) wskazanego w ust. 6 rachunku bankowego,Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym na piśmie, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana umowy w zakresie określonym w pkt 2) wymaga aneksu do umowy.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
  - 1) papierowej;
  - 2) elektronicznej, w formacie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl;
  - 3) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 276 t.j.);
  - 4) ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 r., poz. 775 ze zm.).
11. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.

12. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
  - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
  - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
13. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 12, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.
14. Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
15. Łączna wartość faktur wystawionych w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości umowy określonej odpowiednio w ust. 1.
16. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

*\* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w Formularzu oferty*

#### § 9.

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną w przypadku:
  - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy w całości lub części z własnej winy lub woli w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
  - 2) gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 10 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
  - 3) zwłoki w dostawie urządzeń w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 250,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
  - 4) zwłoki w dostawie testów, roztworów krwi kontrolnej i \*czyścików w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
  - 5) dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z wymogami określonymi odpowiednio w § 4, w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;
  - 6) zwłoki w dostawie dokumentów, o których mowa w \*§ 5 ust. 1 i/lub § 5 ust. 2 w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
  - 7) zwłoki w dostawie braków ilościowych w terminie określonym w § 5 ust. 10 w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
  - 8) zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji jakościowych, o których mowa w § 5 ust. 11 i/lub zwłoki w spełnieniu żądań zgłoszonych w protokole reklamacyjnym i/lub zwłoki w wystawieniu faktury korygującej lub nieprzekazanie informacji w tym zakresie na wskazane adresy e-mail w terminie określonym w § 5 ust. 12 w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy posiadającego wady jakościowe, za każdy dzień zwłoki;
  - 9) zwłoki w dostawie, o której mowa w § 5 ust. 16 lub § 5 ust. 18 w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
  - 10) zwłoki w usunięciu zgłoszonych awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie określonym w § 6 ust. 6 i/lub zwłoki odpowiednio w dostawie urządzenia/-ń zastępczego/-ch i/lub w usunięciu awarii w terminie określonym w § 6 ust. 7 w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie awarii i/lub dostawy urządzenia/-ń zastępczego/-ych;
  - 11) zwłoki w wymianie urządzenia/-ń na nowe w terminie określonym w § 6 ust. 8 w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie awarii lub zgłoszenia czwartej naprawy;
  - 12) zwłoki w przeprowadzaniu przeglądu technicznego i/lub kwalifikacji/walidacji instalacyjnej i operacyjnej analizatora/-ów i/lub walidacji mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych zgodnie z § 6 ust. 10 w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
  - 13) zwłoki w dostarczaniu i/lub instalowaniu aktualizacji oprogramowania zgodnie z § 6 ust. 12 w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.

4. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność. Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury.
5. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.

*\* jeżeli dotyczy*

#### § 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
  - 1) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
  - 2) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:
  - 1) jednorazowej rażącej zwłoki w realizacji dostawy rozumianej jako okres przekraczający 7 dni kalendarzowych od upływu terminu na dostawę określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 i/lub w § 3 ust. 2;
  - 2) trzykrotnej zwłoki w realizacji dostaw w terminie określonym w § 3 ust. 2;
  - 3) ujawnienia wśród dostarczonego przedmiotu umowy towaru niezgodnego z wymogami określonymi w § 4;
  - 4) trzykrotnej, uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy;
  - 5) trzykrotnej zwłoki w usuwaniu zgłoszonych awarii urządzenia/-ń i/lub oprogramowania i/lub wyposażenia;
  - 6) braku dostarczenia urządzenia/-ń zastępczego/-ych w terminie określonym w § 6 ust. 7;
  - 7) braku wymiany urządzenia/-ń na nowe w przypadku nieusunięcia awarii w terminie określonym w § 6 ust. 8;
  - 8) gdy urządzenie/-a nie przejdzie/-ą pozytywnie kwalifikacji instalacyjnej i/lub operacyjnej;
  - 9) gdy dostarczone urządzenia wraz z oprogramowaniem nie zapewniają prawidłowej transmisji danych do systemu informatycznego funkcjonującego u Zamawiającego;
  - 10) innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Zamawiający odstąpi od umowy, jeżeli Wykonawca na etapie realizacji umowy będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku zmiany sytuacji Wykonawcy w zakresie ww. przesłanek wykluczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie zaktualizowane, w zakresie tych zmian, oświadczenie.
4. Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/rozwiązania.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

*\* jeżeli dotyczy*

#### § 11.

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w szczególności w niżej przedstawionym zakresie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy przy niezmiennym cenie, o której mowa w § 8 ust. 1, w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany nazwy własnej przedmiotu umowy (urządzeń/wyposażenia) – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub jego elementów, jeśli

- Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku, Wykonawca musi zaoferować w zamian urządzenia o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, spełniające wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Warunkach przetargowych;
- 2) zmiany producenta i/lub nazwy własnej przedmiotu umowy (testów, roztworów krwi kontrolnej, \*czyścików) – zmiana ta może być związana np. z ulepszeniem składu jakościowego produktu lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Warunkach przetargowych oraz będą kompatybilne z zaoferowanymi analizatorami;
  - 3) zmiany wielkości opakowań przedmiotu umowy (testów, roztworów krwi kontrolnej, \*czyścików) – zmiany te mogą wystąpić na skutek np. zmiany wielkości opakowań u producenta, zmian, o których mowa w pkt 2);
  - 4) możliwości dostawy przedmiotu umowy nowszej generacji na skutek postępu i rozwoju technologii medycznych;
  - 5) dostawy wyrobów innych niż zaoferowane – zmiana wynikająca z zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Warunkach przetargowych;
  - 6) zmiany terminu obowiązywania umowy – zmiana polegająca na wydłużeniu okresu trwania umowy do momentu wykonania liczby oznaczeń w ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
- 1) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej;
  - 2) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy;
  - 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
  - 4) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy również w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych na warunkach określonych poniżej:
- 1) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług i/lub akcyzy oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług i/lub akcyzy.  
W przypadku powyższej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
  - 2) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
    - a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    - b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
    - c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- na zasadach i w sposób określony w pkt 3) – 7), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w całości spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w lit. a) lub lit. b) lub lit. c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w zakresie minimalnego wymaganego przez przepisy prawa poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- 3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
- 4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) lit. b) i lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom biorącym bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy oraz minimalnego wymaganego przez przepisy prawa, poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
- 5) W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a także dokumentami określonymi w pkt 6).
- 6) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2) lit. a) lub lit. b) lub lit. c) Wykonawca występując z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
  - a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) lit. a), lub
  - b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) lit. b), lub
  - c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) lit. c).

- 7) W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5) oraz odpowiednio dokumentów, o których mowa w pkt 6), Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 może ulec waloryzacji (zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zakresie kosztów jednostkowych, w przypadku zmian kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, na zasadach określonych poniżej.
  - 1) Waloryzacja naliczana będzie w następujący sposób:
    - a) waloryzacja może nastąpić maksymalnie trzy (3) razy w trakcie realizacji umowy, pierwszy raz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, kolejne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej zmiany;
    - b) waloryzacji podlega wyłącznie pozostała do wypłaty część wynagrodzenia.
  - 2) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o ostatni dostępny roczny wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na stronie internetowej Urzędu, przy czym dla zastosowania waloryzacji wartość wzrostu lub spadku ww. wskaźnika musi osiągnąć wartość min. 5%.
  - 3) W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2) nie był dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  - 4) Łączna wartość zmiany wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. Przez łączną wartość zmiany należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
  - 5) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia tylko w przypadku, gdy Wykonawca wskaże faktyczny wpływ zmian rocznego wskaźnika wskazanego w pkt 2) na koszt wykonania przedmiotu umowy.
  - 6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami waloryzacji określonymi w niniejszym ustępie zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
6. Zmiana postanowień przedmiotowej umowy może nastąpić wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

*\* jeżeli dotyczy*

#### § 12.\*

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

- 1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum, przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera, przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

*\* jeżeli dotyczy*

#### § 13.

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania.  
Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie,

- 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
  4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.

#### § 14.

1. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty jej podpisania.
2. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie Strony, przy czym w przypadku formy elektronicznej datą podpisania umowy jest data złożenia ostatniego wymaganego podpisu elektronicznego.\*)
3. Umowa przestaje obowiązywać przed terminem określonym w ust. 1, w przypadku odpowiednio wykonania oznaczeń/wyczerpania dostaw stanowiących przedmiot umowy w ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy.

*\*) jeżeli nie dotyczy należy skreślić*

#### § 15.

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest ....., tel. ...., adres e-mail: .....
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy jest ....., tel. ...., adres e-mail: .....

#### § 17.

Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

#### § 18.

1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z umowy, Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną poddane do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku.

#### § 19.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o wyrobach medycznych.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w niniejszej umowie. Jakikolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone zostaną w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.\*)

*\*) dotyczy formy pisemnej Umowy*

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 2**  
**do Umowy nr .....**

**Protokół odbioru**  
**sporządzony w dniu .....**

Dane Wykonawcy: .....

Dane Zamawiającego: .....

Przedmiot umowy: .....

**Stwierdza się, że:**

1. Wykonawca dostarczył\*/nie dostarczył\* do RCKiK w Białymstoku analizatory, szczegółowo określone w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa, miejsce montażu, numer seryjny urządzenia)	Ilość szt.
1.		

2. Dostarczone analizatory są zgodne\*/niezgodne\* z umową nr .....
3. Wykonawca dokonał instalacji\*/nie dokonał instalacji\* analizatorów.
4. Wykonawca podłączył\*/nie podłączył\* analizatory do systemu teleinformatycznego e-Krew (CeZ) działającego u Zamawiającego i zapewnił prawidłową automatyczną transmisję danych.
5. Uzyskano\*/nie uzyskano\* akceptację/-i wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości po przeprowadzeniu pełnej pozytywnej walidacji analizatorów i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych.
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie zrealizowane zostały terminowo\* / nieterminowo – zwłoka wyniosła ..... dni\*.
7. Wykonawca dostarczył\*/nie dostarczył\* w języku polskim:
- 1) karty gwarancyjne (dla każdego z urządzeń);
  - 2) paszport techniczny (dla każdego z urządzeń);
  - 3) instrukcje obsługi analizatora;
  - 4) dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji.
8. Wykonawca przeprowadził instruktaż\*/nie przeprowadził instruktażu\* wskazanego przez Zamawiającego personelu oraz wydał\*/nie wydał\* certyfikaty.

*\*niepotrzebne skreślić*

**Stwierdzono następujące usterki:**

.....  
.....

**Uwagi do protokołu odbioru:**

.....  
.....

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

### Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ koordynatorzy/ osoby odpowiedzialne za realizację i wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@rckik.bialystok.pl lub pod nr telefonu: 85 7456 323.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, wykonania zadań lub praw związanych z jej realizacją, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Administrator ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów.
4. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe osób wskazanych do kontaktu/ koordynatorów/ osób odpowiedzialnych za realizację umowy pozyskanych od Wykonawcy.
5. Odbiorcami danych będą usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji.
6. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat od jej wykonania, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Administrator nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji Umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej.
7. Osobom, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.  
W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek wskazanych w RODO prawa nie będą realizowane.
9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia lub realizacji Umowy.