

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

**ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU NR AD/PN – 13/10**

**„Dostawa kart i odczynników do mikrotestów kolumnowych w żelu oraz dzierżawa
niezbędnego sprzętu”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ dot. w/w wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart i odczynników do mikrotestów kolumnowych w żelu dekstranowym wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu kompatybilnego do zaoferowanych kart?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bromeliny lub innego enzymu proteolitycznego zalecanego przez producenta kart do wykonania mikrokolumnowego testu enzymatycznego o objętości jednostkowej opakowania nie przekraczającej 100 ml, przy zagwarantowaniu 6 miesięcznego terminu ważności odczynnika po otwarciu opakowania jednostkowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw kart i odczynników do mikrotestów kolumnowych był zgodny z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w w/w w następujący sposób:

- zmianie ulega nazwa nadana postępowaniu przez Zamawiającego – „AD/PN – 13/10 - Dostawa kart i odczynników do mikrotestów kolumnowych w żelu oraz dzierżawa niezbędnego sprzętu”,
- zmianie ulega nazwa „żelu poliakrymidowego” na „żel poliakrymidowy lub dekstranowy”,
- w Dziale VI SIWZ - „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy” w pkt. 1 „Określenie przedmiotu zamówienia” – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart i odczynników do mikrotestów kolumnowych w żelu poliakryamidowym lub w żelu dekstranowym oraz dzierżawa niezbędnego sprzętu, kompatybilnego do zaoferowanych kart”,
- w Dziale VI SIWZ "Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy" pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odczynnik enzymatyczny – ilość niezbędna do wykonania w/w testów przy użyciu własnych krwinek panelowych*
wymagania: - bromelina lub inny enzym proteolityczny zalecany przez producenta kart do wykonania mikrokolumnowego testu enzymatycznego;
- objętość jednostkowa opakowania nie przekracza 100 ml.”
- w Dziale VI SIWZ "Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy" pkt. 3 „termin realizacji” ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
- Zainstalowanie i uruchomienie aparatury medycznej oraz szkolenie personelu Zamawiającego odbędzie się w Pracowni Prób Zgodności Zamawiającego w ciągu 14 dni

od dnia zawarcia umowy. Dostawa kart i odczynników do mikrotestów kolumnowych odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem dostaw przedstawionym przez Wykonawcę.

- W załączniku nr 5 „Wzór umowy” w §1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
 - Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem dostaw dołączonym do oferty przez Wykonawcę, od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty transportu pokrywa Wykonawca.
- w związku z w/w zmianami w SIWZ termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **16.04.2010r. na godz. 11¹⁵**:
 - w Dziale III „Opis sposobu przygotowania oferty” w pkt. 11 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: **„nie otwierać przed dniem 16.04.2010r. przed godz. 11¹⁵”**;
 - w Dziale X w pkt. 2 „Termin składania ofert” pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: **„do dnia 16.04.2010 do godz. 11⁰⁰”**;
 - w Dziale XI „Miejsce i tryb otwarcia oferty” w ppkt 1.1. ostatni wiersz otrzymuje brzmienie: **„w dniu 16.04.2010r. o godz. 11¹⁵”**

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Białystok, 09.04.2010 r.


DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon