



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok  
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33  
[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)



**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ  
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  
W POSTĘPOWANIU NR ZP/PN – 6/11**

**„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania antygenów  
HLA klasy I i klasy II”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.10.113.759 ze zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ dot. w/w wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w związku z uniknięciem dodatkowych kosztów, odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w przypadku, gdy Wykonawca dostarczał już do laboratorium zestawy do oznaczeń A, B, DR wraz z oprogramowaniem i załączy do oferty stosowne oświadczenie mówiące o tym, że w okresie ostatnich dwóch lat realizował dostawy odczynników do genotypowania HLA: A, B, DR metodą PCR SSO, które są kompatybilne z aparatem Luminex 200IS i w związku z powyższym są znane Zamawiającemu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający utrzymuje wymóg dostarczenia próbek.

**Pytanie nr 2**

Czy nie zaszła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Jest: dostawa zestawów diagnostycznych do badania antygenów klasy II (locus A, B, C). Powinno być: klasy I (locus A, B, C)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pełna nazwa wymienionej w pytaniu dostawy otrzymuje brzmienie:

„Dostawa zestawów diagnostycznych do badania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) oraz klasy II (locus DR) na poziomie niskiej rozdzielczości”.

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Jakiej ilości oznaczeń wykonanych pojedynczo dotyczy część 9- 48 czy 30 oznaczeń?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Część 9 dotyczy 30 oznaczeń wykonanych pojedynczo.

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.10.113.759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w w/w w następujący sposób:

1. W dziale V „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy” pkt. 1 ppkt. 1.1 „Nazwa przedmiotu zamówienia.”, nazwa części 4 otrzymuje brzmienie:

**„Część 4 - Dostawa zestawów diagnostycznych do badania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) oraz klasy II (locus DR) na poziomie niskiej rozdzielczości”**

2. W dziale V „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy” pkt. 1 ppkt. 1.2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.”, opis części 4 otrzymuje brzmienie:

**„Część 4**

Dostawa zestawów diagnostycznych do badania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) oraz klasy II (locus DR) na poziomie niskiej rozdzielczości

- SSP locus A do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości - 48 oznaczeń;
- SSP locus B do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości - 48 oznaczeń;
- SSP locus C do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości - 24 oznaczeń;
- SSP locus DR do badania antygenów HLA klasy II na poziomie niskiej rozdzielczości - 72 oznaczeń;
- SSP locus A, B, C do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości - 48 oznaczeń;
- Termin ważności odczynników min. 6 mies.”

3. W Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” opis dotyczący części 4 otrzymuje brzmienie:

**„Część 4**

Dostawa zestawów diagnostycznych do badania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) oraz klasy II (locus DR) na poziomie niskiej rozdzielczości

Nazwa firmy/producent: .....

Niniejszym potwierdzam, że oferowane zestawy spełniają wymagania - zaznaczyć właściwe:

	TAK	NIE
SSP locus A do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości do wykonania 48 oznaczeń		
SSP locus B do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości do wykonania 48 oznaczeń		
SSP locus C do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości do wykonania 24 oznaczeń		
SSP locus DR do badania antygenów HLA klasy II na poziomie niskiej rozdzielczości do wykonania 72 oznaczeń		
SSP locus A, B, C do badania antygenów HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości do wykonania 48 oznaczeń		
Termin ważności odczynników min. 6 mies.		

Oferuję realizację części 4:

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Wielkość opakowania	Ilość opakowań (w szt.)	Cena jednostkowa brutto (w zł) za opakowanie	Wartość brutto (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6
RAZEM:						

Cena całkowita brutto: .....

słownie: .....

w tym podatek ..... % VAT: .....



słownie: .....

4. W Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” opis dotyczący części 9 otrzymuje brzmienie:

**„Część 9**

Dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I met. ELISA

Nazwa firmy/producent: .....

Niniejszym potwierdzam, że oferowane zestawy spełniają wymagania - zaznaczyć właściwe:

		TAK	NIE
1.	Zestaw diagnostyczny do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I met. ELISA do wykonania 30 oznaczeń wykonanych pojedynczo		
2.	Termin ważności min. 6 mies.		

Oferuję realizację części 9:

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Wielkość opakowania	Ilość opakowań (w szt.)	Cena jednostkowa brutto (w zł) za opakowanie	Wartość brutto (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6
RAZEM:						

Cena całkowita brutto: .....

słownie: .....

w tym podatek ..... % VAT: .....

słownie: .....

5. W związku z w/w zmianami w SIWZ termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **21.03.2011r. na godz. 13<sup>00</sup>**:

- w Dziale III „Opis sposobu przygotowania oferty” w pkt. 12 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: **„nie otwierać przed dniem 21.03.2011r. przed godz. 13<sup>15</sup>”**;
- w Dziale IX w pkt. 2 „Termin składania ofert” pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: **„do dnia 21.03.2011 do godz. 13<sup>00</sup>”**
- w Dziale X „Miejsce i tryb otwarcia oferty” w ppkt 1.1. ostatni wiersz otrzymuje brzmienie: **„w dniu 21.03.2011r. o godz. 13<sup>15</sup>”**

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Białystok, 15.03.2011 r.

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon