



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33
www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU NR ZP/PN – 1/11**

na

**„Dostawę zestawów i płynów do aferez kolekcyjnych i terapeutycznych oraz połączeń do jałowego
łączenia drenów”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

**Dotyczy części 8 – dostawa jednorazowych połączeń do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów
Compodock Fresenius lub TSCD Terumo**

Oferowany przez nas licznik połączeń do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów umożliwia wykonanie 2 500 połączeń. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości przedmiotu zamówienia, będącego wielokrotnością 2 500 tj. zwiększy przedmiot zamówienia do ilości 20 000 szt. (8 liczników) lub zmniejszy do ilości 17 500 szt. (7 liczników)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmniejsza przedmiot zamówienia do ilości 17 500 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treść SIWZ w w/w postępowaniu polegające na:

- w rozdz. VI SIWZ – USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY (str. 8) pkt. 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 1.1. otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania koncentratów krwinek płytkowych z aferezy (KKP Af) z podwójnego wklucia, na separatorze komórkowych ComTec Fresenius HemoCare w ilości 1 200 szt.; dostawa zestawów rozłącznych do pobierania osocza na separatorze osoczym PCS 2 Haemonetics, składających się z trzech elementów, w ilości 400 szt. – rotorów i zestawów drenów oraz 300 szt. pojemników; dostawa zestawów zamkniętych lub funkcjonalnie zamkniętych, jednorazowego użytku, do pobierania trzech jednostek osocza ubogokomórkowego metodą plazmaferezy automatycznej na separatorze komórkowych MCS+ Haemonetics lub separatorze osoczym PCS2 Haemonetics w ilości 160 szt.; dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A a 700 – 1000 ml w ilości 1 200 szt.; dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A a 500 ml w ilości 1 200 szt.; dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A a 250 ml w ilości 600 szt.; dostawa płynu antykoagulacyjnego 4% cytrynian sodu w 0,9% NaCl a 250 ml w ilości 500 szt. oraz dostawa jednorazowych połączeń do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Compodock Fresenius lub TSCD Terumo w ilości 17 500 szt.

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się ofertę na wybraną część lub kilka części.”

- w rozdz. VI SIWZ – USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY (str. 11) pkt. 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

„Część 8 - dostawa jednorazowych połączeń do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Compodock Fresenius lub TSCD Terumo w ilości **17 500 szt.**

- termin ważności połączeń - co najmniej 24 miesiące od daty dostawy.”

- w rozdz. VI SIWZ – USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY (str. 11) pkt. 2. TERMINY REALIZACJI DOSTAW ppkt. 2.1. część 8 tabeli otrzymuje brzmienie:

Część 8	dostawa jednorazowych połączeń do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Compodock Fresenius lub TSCD Terumo w ilości 17 500 szt.	Zgodnie z zamówieniem (ok. 50%)	Zgodnie z zamówieniem (ok. 50%)	0	0
---------	--	--	--	---	---

- w Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (str. 25) ppkt. 1.8 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w zł.)	Cena całkowita brutto (w zł.)
1.	2.	3.	4.	5. = 3. x 4.
1	Jednorazowe połączenia do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Compodock Fresenius lub TSCD Terumo firmy: nazwa: kraj pochodzenia:	17 500		
RAZEM:				

- w Załącznik nr 6 do SIWZ – WZÓR UMOWY (str. 33) w §1 ust. 1 wiersz 8 tabeli otrzymuje brzmienie:

8	Jednorazowe połączenia do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Compodock Fresenius lub TSCD Terumo firmy: nazwa: kraj pochodzenia:	17 500		
---	---	---------------	--	--

- w Załącznik nr 6 do SIWZ – WZÓR UMOWY (str. 34) w §2 ust. 5 – ostatni wiersz w tabeli otrzymuje brzmienie:

dostawa jednorazowych połączeń do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Compodock Fresenius lub TSCD Terumo w ilości 17 500 szt.	Zgodnie z zamówieniem (ok. 50%)	Zgodnie z zamówieniem (ok. 50%)	0	0
--	--	--	---	---

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Białystok, dn. 18.01.2011 r.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kriodawstwa
i Kriolecznictwa w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon