



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok  
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33  
[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)



**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  
W POSTĘPOWANIU NR ZP/PN – 11/11**

**„Dostawę pojemników poczwórnych góra – dół RW z filtrem in line do KKCz”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o budowie: pojemnik macierzysty, środkowy (główny) zawierający płyn konserwujący CPD1 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami\*/do pobierania 450 ml  $\pm$  10 % krwi + pusty pojemnik górny á 400-450 ml do produkcji i przechowywania FFP2 + **pojemnik dolny á 450 ml na KKCz3** zawierającym RW5 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami\*/, połączony z układem filtrującym (filtr typu „soft”) i pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do przechowywania UKKCz4/RW5 przez 42 dni).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie dostawy 2 000 sztuk pojemników na 2 etapy:

- I etap – dostawa 1 000 sztuk pojemników w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy,
- II etap – dostawa 1 000 sztuk pojemników na początku września?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści SIWZ w w/w postępowaniu polegające na:

- w rozdz. VI SIWZ - USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PPKT 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (str. 6) odnośnik dotyczący budowy otrzymuje brzmienie:

„• Budowa: pojemnik macierzysty, środkowy (główny) zawierający płyn konserwujący CPD1 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami\*/do pobierania 450 ml  $\pm$  10 % krwi + pusty pojemnik górny á 400-450 ml do produkcji i przechowywania FFP2 + **pojemnik dolny á 400 - 450 ml na KKCz3** zawierającym RW5 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami\*/, połączony z układem filtrującym (filtr typu „soft”) i pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do przechowywania UKKCz4/RW5 przez 42 dni).

Pojemnik do pobierania musi posiadać połączony drenem z drenem czerpalnym dodatkowy pojemnik umożliwiający pobierania próbek krwi z pierwszej porcji krwi przed donacją o pojemności min. 30 ml, z dołączonym uniwersalnym portem umożliwiającym pobór próbek krwi w systemie zamkniętym.”

- w rozdz. VI pkt. 2 TERMIN REALIZACJI (str. 7) otrzymuje brzmienie:



„Dostawa jednorazowa w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy lub w dwóch dostawach - pierwsza dostawa ok. 50% w terminie 21 dni od daty podpisania umowy i druga dostawa ok. 50% w terminie do 9 września 2011 r.”

- w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 (str.14) ust. III PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY I KRYTERIÓW pkt. 1 nazwa artykułu w tabeli otrzymuje brzmienie:

„pojemniki poczwórne góra-dół RW **450/3x 400 ml do 450 ml** z filtrem in line do KKCz

firmy: .....

nazwa: .....

kraj pochodzenia: .....

- w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 (str.15) ust. III PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY I KRYTERIÓW pkt. 3 w tabeli lp.1 odnośnik 2 dotyczący budowy otrzymuje brzmienie:

„• Budowa: pojemnik macierzysty, środkowy (główny) zawierający płyn konserwujący CPD1 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami\*/do pobierania 450 ml  $\pm$  10 % krwi + pusty pojemnik górny á 400-450 ml do produkcji i przechowywania FFP2 + **pojemnik dolny á 400 – 450 ml na KKCz3** zawierającym RW5 w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami\*/, połączony z układem filtrującym (filtr typu „soft”) i pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do przechowywania UKKCz4/RW5 przez 42 dni).

Pojemnik do pobierania musi posiadać połączony drenem z drenem czerpalnym dodatkowy pojemnik umożliwiający pobierania próbek krwi z pierwszej porcji krwi przed donacją o pojemności min. 30 ml, z dołączonym uniwersalnym portem umożliwiającym pobór próbek krwi w systemie zamkniętym.”

- w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 (str.16) ust. IV POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji – zgodnie z rozdziałem VI ust. 2 SIWZ:

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: .....

- we wzorze umowy – Załącznik nr 5 (str. 21) w §1 w tabeli nazwa artykułu otrzymuje brzmienie:

„pojemniki poczwórne góra-dół RW **450/3x 400 ml do 450 ml** z filtrem in line do KKCz

firmy: .....

nazwa: .....

kraj pochodzenia: .....

- we wzorze umowy – Załącznik nr 5 (str. 21) w §2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dostawa przedmiotu umowy – jednorazowo w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub z podziałem na I dostawę ok. 50% w terminie 21 dni od daty podpisania umowy i II dostawę ok. 50% w terminie do 9 września 2011 r.”

- w rozdz. III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (str. 2) treść w tabeli w pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok

„Dostawa pojemników poczwórnych góra – dół RW z filtrem in line do KKCz” ZP/PN – 11/11

Nie otwierać przed dniem **11.05.2011 r.**, przed godz. **12.15.**

- w rozdz. IV WARUNKI WPLATY I ZWROTU WADIUM (str. 3) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. OBOWIĄZEK WPLATY WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w terminie do dnia **11.05.2011 r.** do godz. **12:00** w wysokości **2 400,00 zł** (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100),,

- w rozdz. X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (str. 10) pkt. 2 TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

„do dnia **11.05.2011 r.** do godz. **12.00.**”

- w rozdz. XI MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT (str. 10) ppkt. 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 23

15-950 Białystok

pok. 216 – sala konferencyjna

w dniu **11.05.2011 r.** o godz. **12.15.**”

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Białystok, dn. 02.05.2011 r.

ZATWIERDZAM

  
DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon