



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33
www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU NR ZP/PN – 5/11**

„Dostawa próbek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz elementy dodatkowe”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.10.113.759 ze zm.), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ dot. w/w wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dotyczy poz.7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 7 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „ próbówki do oznaczania OB o stężeniu 3,2%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści próbówki do OB z cytrynianem 3,2%? Zgodnie z WHO i NCCLS dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% i 3,8% przy jednej objętości mieszaniny cytrynianu do czterech objętości krwi rekomendowanych do badania szybkości opadania krwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza próbówki do OB z cytrynianem 3,2%.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 7 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” próbówki do oznaczania OB o objętości 5 ml.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **21.03.2011r. na godz.14.00:**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści SIWZ w w/w postępowaniu polegające na:

- w dziale V SIWZ Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy str.5 w pkt.1 ppkt.1.2. tabela lp.7 otrzymuje brzmienie:

„Probówka do OB. o poj. 1,5- 5 ml. z cytrynianem sodu 3,2% lub 3,8%”

- w załączniku nr 1 - formularz ofertowy w części III pkt.1 w tabeli lp.7 otrzymuje brzmienie:

„Probówka do OB. o poj. ml., średnica zewnętrzna z cytrynianem sodu%.”

- w załączniku nr 5 - wzór umowy w § 1 w tabeli lp.7 otrzymuje brzmienie:
„Probówka do OB. o poj. ml., średnica zewnętrzna z cytrynianem sodu%”.
- w dziale III „Opis sposobu przygotowania oferty” w pkt. 12 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„nie otwierać przed dniem 21.03.2011r. przed godz. 14¹⁵”;
- w dziale IX w pkt. 2 „Termin składania ofert” pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„do dnia 21.03.2011 do godz. 14⁰⁰”
- w dziale X „Miejsce i tryb otwarcia oferty” w ppkt 1.1. ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„w dniu 21.03.2011r. o godz. 14¹⁵”

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Białystok, 15.03.2011 r.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolécznictwa w Białymstoku
2 up. [signature]
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon