

RCKiK w Białymstoku		
Nr wersji: 02	SOP-DIT/PKIKC-PR-21	Strona zał. 1 z 1
Załącznik nr: 2	Wersja zał. nr: 01	Data: 24.06.2025

REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECNICTWA
w Białymstoku
~~..DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI~~
(Pieczętka pracowni wykonującej badanie)

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI
ZESTAWU KRwinek WZORCOWYCH DO UKŁADU ABO
Nr 12 /ABO/2025

nr serii/LOT	1	7	1	2	2	5
--------------	---	---	---	---	---	---

(wpisać datę produkcji DD-MM-RR)

Data i godzina rozpoczęcia produkcji 22.12.2025 g.14:00. data i godzina zakończenia produkcji 22.12.2025 g.14:25

Temperatura w pomieszczeniu produkcyjnym 21°C

data ważności : 28.01.2026 r.

lp.	nazwa	nr donacji –ID
1	Krwinki wzorcowe O	Z4920 25 043900 00
2	Krwinki wzorcowe A ₁	Z4920 25 043674 00
3	Krwinki wzorcowe B	Z4920 25 043671 00

Weryfikacja wyrobu:

BADANIE	WYNIK	ZATWIERDZENIE
Ocena wizualna (brak hemolizy)	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/NIE ✓
Wykrywanie naturalnych regularnych przeciwciał anty-A lub/i anty-B	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/NIE ✓
Weryfikacja obecności nieregularnych przeciwciał	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/NIE ✓
Kontrola czułości i specyficzności odczynników monoklonalnych do układu ABO	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/NIE ✓
Kontrola antygenu A1 na krwinkach grupy A	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/NIE ✓
Wyniki badań w kierunku chorób wirusowych i kiły	Protokół wewnętrzny nr : 12/ABO/2025	
Nadaje się do badań serologicznych		*TAK/NIE ✓

*niepotrzebne skreślić

OSOBA WYKWAŁIFIKOWANA
M. Pośpiech
WYSTAWIŁ.....mgr farm. Mateusz Pośpiech

22.12.2025