

RCKiK w Białymstoku		
Nr wersji: 02	SOP-DIT/PKIKC-PR-21	Strona zał. 1 z 1
Załącznik nr: 2	Wersja zał. nr: 01	Data: 24.06.2025

OSOBA WYKwalifikowana
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIŁECZNICTWA
... mgr farm. Mateusz Pośpiech
... w Białymstoku
... placówka pracowni wykonującej badanie

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

ZESTAWU KRwinek WZORCOWYCH DO UKŁADU ABO

Nr 04 /ABO/2026

nr serii/LOT	2	9	0	4	2	6
--------------	---	---	---	---	---	---

(wpisać datę produkcji DD-MM-RR)

Data i godzina rozpoczęcia produkcji 04.05.2026 g.13:10. data i godzina zakończenia produkcji 04.05.2026 g.13:25

Temperatura w pomieszczeniu produkcyjnym 21°C

data ważności : 10.06.2026 r.

lp.	nazwa	nr donacji –ID
1	Krwinki wzorcowe O	Z4920 26 014931 00
2	Krwinki wzorcowe A ₁	Z4920 26 015174 00
3	Krwinki wzorcowe B	Z4920 26 014855 00

Weryfikacja wyrobu:

BADANIE	WYNIK	ZATWIERDZENIE
Ocena wizualna (brak hemolizy)	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/ NIE
Wykrywanie naturalnych regularnych przeciwciał anti-A lub/i anti-B	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/ NIE
Weryfikacja obecności nieregularnych przeciwciał	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/ NIE
Kontrola czułości i specyficzności odczynników monoklonalnych do układu ABO	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/ NIE
Kontrola antygenu A1 na krwinkach grupy A	(Protokół kontroli krwinek wzorcowych do układu ABO)	*TAK/ NIE
Wyniki badań w kierunku chorób wirusowych i kiły	Protokół wewnętrzny nr : 04/ABO/2026	
Nadaje się do badań serologicznych		*TAK/ NIE

*niepotrzebne skreślić

OSOBA WYKwalifikowana
WYSTAWIŁ... mgr farm. Mateusz Pośpiech