

RCKiK w Białymstoku		
Nr wersji: 02	SOP-DIT/PKIKC-PR-22	Strona zał. 1 z 1
Załącznik nr: 2	Wersja zał. nr: 01	Data: 24.06.2025

REGIONALNE CENTRUM
 KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w Białymstoku.....
 Działka pracowników wykonującej badania

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

ZESTAWU KRWIENEK WZORCOWYCH DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ

Nr 02/KRW/2026

nr serii/LOT	0	2	0	3	2	6
--------------	---	---	---	---	---	---

(wpisać datę produkcji DD-MM-RR)

Data i godzina rozpoczęcia produkcji 05.03.2026 godz: 14:20 data i godzina zakończenia produkcji 05.03.2026
 godz: 14:35

Temperatura w pomieszczeniu produkcyjnym 21°C

data ważności : 13.04.2026

lp.	Fenotyp	nazwa	Nr donacji-ID
1	DC ^w Cee, K-	Krwinki do wykrywania p-ciał 1	Z492026 007933 00
2	DccEE, K-	Krwinki do wykrywania p-ciał 2	Z492426 001524 00
3	dccee, K+	Krwinki do wykrywania p-ciał 3	Z492226 000744 00

Weryfikacja wyrobu:

BADANIE	WYNIK	ZATWIERDZENIE
Ocena wizualna (brak hemolizy)	(Protokół badania ekspresji antygenów)	*TAK/NIE
Kontrola antygenowa	(Protokół badania ekspresji antygenów)	*TAK/NIE
czułość i specyficzność w teście PTA-klasyczny	(Protokół badania czułości i specyficzności)	*TAK/NIE
czułość i specyficzność w teście PTA-LISS	(Protokół badania czułości i specyficzności)	*TAK/NIE
czułość i specyficzność w teście PTA-PEG	Protokół badania czułości i specyficzności)	*TAK/NIE
Czułość i specyficzność w teście LEN	(Protokół badania czułości i specyficzności)	*TAK/NIE
Wynik badań w kierunku nosicielstwa chorób wirusowych i kiły	protokół wewnętrzny nr: Nr 02/KRW/2026	
Nadaje się do badań serologicznych		*TAK/NIE

*niepotrzebne skreślić

OSOBA WYKWALIFIKOWANA
 WYSTAWIŁ... mgr farm. Mateusz Pośpiech
 05.03.2026